CE

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Dräger

Dokument Nr. / *Document No.* SE23145-04

Wir / *we* Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Atemalkoholkonzentrationsmesser Alcotest 6810 med
Breath-alcohol concentration measuring device Alcotest 6810 med

und mit den folgenden Richtlinien unter Anwendung der aufgeführten Normen übereinstimmt
and is in compliance with the following directives by application of the listed standards

Bestimmungen der Richtlinie *provisions of directive*		**Nummer sowie Ausgabedatum der Norm** *Number and date of issue of standard*
2004/108/EG*(EC)* [1] **2014/30/EU** [2]	**EMV-Richtlinie** *EMC Directive*	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61326-1:2013
2007/47/EG*(EC)*	**Medizingeräte-Richtlinie** *Medical Devices Directive* **Klasse I mit Messfunktion** *Class I with a measuring function* **93/42/EWG Anhang V / für den Aspekt der Messfunktion *)** *93/42/EEC Annex V / for the aspect of the measuring function *)*	EN ISO 15223-1:2013, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 14971:2007, EN 1041:2008, EN 60601-1:2012, EN 60601-1-2:2001, EN 62304:2006

1) gültig bis / valid to 2016-04-19, 2) gültig ab / valid from 2016-04-20

Überwachung der Qualitätssicherung Produktion durch
Surveillance of Quality Assurance Production by

TÜV Nord Cert GmbH *)
Langemarckstr. 20
D-45141 Essen
0044

Lübeck, 2015-11-18

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)

Ingo Pooch
Leiter
Forschung & Entwicklung
Gasmess-Geräte

Ingo Pooch
Manager
Research & Development
Gas Detection Instruments